

自動血球洗淨遠心機  
仕 様 書

九段坂病院

令和 5 年 11 月

1. 件 名

自動血球洗浄遠心機 一式

2. 納入場所

九段坂病院

3. 概 要

臨床検査科における輸血適合試験を迅速かつ効率的に行うことを目的とする。

4. 構 成

本仕様書における見積り範囲は、下記の物品の納入、据付及び調整である。

血球洗浄遠心機本体 . . . 1 台

据付調整費 . . . 1 式

5. 仕 様

【血球洗浄遠心機本体】

- ① 洗浄、遠心、排出の一連の動作を自動で行なうこと。
- ② ロータを交換せずに、24 本以上のガラス管を同時に処理可能であること。
- ③ 3,000rpm もしくは 1,200rpm の 2 種類の回転数が設定可能であること。
- ④ ドアロックは電磁ロック式を採用しており、遠心中はロックがかかること。
- ⑤ 5 リットル容量の生理食塩水タンクが標準付属していること。
- ⑥ 生理食塩水が不足している際はアラームにてお知らせすること。
- ⑦ 遠心機室内のインナーチャンバおよびドレンカバーが脱着式で取り外し洗浄が可能であること。
- ⑧ 本体の寸法が 370 mm (W) × 450 mm (D) × 410 mm (H) 以内であること。
- ⑨ 保守部品の供給体制が国内に存在しており、少なくとも首都圏にメンテナンス作業員が常駐していること。

【据付調整費】

- ① メーカー作業員がセットアップおよび試験運転を行い、問題ないか確認を行なうこと。

6. 検 収

本仕様書記載の要件を満たしているか、納入物品に対して仕様、数量、品質、性能等の検査を行う。

7. 保証期間

納入後 1 年以内に故障した場合は、無償で修理又は取り替えを行うものとする。

8. その他

本仕様書に記載なき事項については、当所担当者との協議の上決定するものとする。